



Štev.: 6416-9/2017/5
Datum: 17. 11. 2017

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - UPB1) ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja pravne osebe za izvajanje overitev neavtomatskih tehtnic, avtomatskih tehtnic, tehtnic za gradbene namene, uteži, strojev za merjenje dolžine žice in kabla, dolžinska merila, merilnikov krvnega tlaka in merilnikov tlaka v pnevmatikah MERITVE SI, d.o.o., Britof 412, 4000 Kranj, ki ga v postopku zastopa g. Janez Kern (v nadaljevanju: imenovana oseba)

ODLOČBO O IMENOVANJU

1. S to odločbo se nadomesti odločba Urada o imenovanju št. 6416-3/2015/28 z dne 26. 10. 2015, tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

Lokacija: Meritve SI, d.o.o, Britof 412, 4000 Kranj

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnega razreda: M2: 100 mg do 20 kg, M1, F2: 1 mg do 20 kg, Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe

Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (III) do 50 t, (III) in (III) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (III) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 – Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 – avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje – Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje,	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 11, Dimenzijska merila (MI-009), 1. poglavje – Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki krvnega tlaka	redna, izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka v pnevmatikah	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03) Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01, 79/15)	Overitve v prostorih imenovane osebe in na terenu.

Dolžinska merila	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št 19/16), Priloga 10 - opredmetene mere (MI-008), 1. poglavje – Dolžinska merila	Overitve v prostorih imenovane osebe
------------------	-------------------	---	--------------------------------------

Lokacija: Vaga d.o.o, Strahinj 68a, 4202 Naklo

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Enostopenjske kontrole
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 – Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 – avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje – Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje,	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Uteži	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnega razreda: M2: 100 mg do 20 kg, M1 F2: 1 mg do 20 kg, Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe

Lokacija: SERVIS – PRODAJA Ravbar Janez s.p., Drejčeva pot 18a, 8000 Novo mesto

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	<p>Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e.</p> <p>Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe.</p> <p>Samo enostopenjske kontrole.</p>

Lokacija: Tehro Ropoša Branko s.p., Samova ulica 12, 1000 Ljubljana

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	<p>Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III) in (IIII) do 2000 kg</p> <p>Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe.</p> <p>Samo enostopenjske kontrole</p>

Lokacija: Boris Šlihthuber s.p., Klavniška cesta 1, 9000 Murska Sobota

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.

Lokacija: TRUBI, Primož Habjan, s.p., Selca 63, 4227 Selca

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.

2. Imenovani osebi se določi identifikacijsko številko 405.

3. Overitve meril v obsegu iz prve točke izreka te odločbe mora imenovana oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-116 in prilogo k akreditacijski listini reg. št. 3150-0003/11-0007 z dne 24. 2. 2017 ter v skladu s predpisi iz prve točke izreka odločbe.

O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-116 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.

4. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.

5. Imenovana oseba je dolžna:

- izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
- izvajati overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
- delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
- delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
- nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
- vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
- sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
- obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
- slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
- sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,
- delovati v skladu z navodili Urada

6. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.

7. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

Obrazložitev:

Dne 18. 9. 2017 je imenovana oseba na podlagi pravilnika podala zahtevo št. 6416-9/2017/1 za spremembo obsega imenovanja:

Lokacija: Meritve SI, d.o.o, Britof 412, 4000 Kranj

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnega razreda: M2: 100 mg do 20 kg, M1 F2: 1 mg do 20 kg, Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (III) do 50 t, (III) in (III) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (III) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 – Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 – avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje – Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje,	Overitev tehtnic na mestu uporabe.

Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 11, Dimenzijska merila (MI-009), 1. poglavje – Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki krvnega tlaka	redna, izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)	Overitev v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Merilniki tlaka v pnevmatikah	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03) Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01, 79/15)	Overitve v prostorih imenovane osebe in na terenu.
Dolžinska merila	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 10 - opredmetene mere (MI-008), 1. poglavje – Dolžinska merila	Overitve v prostorih imenovane osebe

Lokacija: Vaga d.o.o, Strahinjški trg 68a, 4202 Naklo

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Enostopenjske kontrole
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 – Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.

Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16) Priloga 8 – avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavje – Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje,	Overitev tehtnic na mestu uporabe.
Uteži	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnega razreda: M2: 100 mg do 20 kg, M1, F2: 1 mg do 20 kg, Overitve se izvajajo v prostorih imenovane osebe

Lokacija: SERVIS – PRODAJA Ravbar Janez s.p., Drejčeva pot 18a, 8000 Novo mesto

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.

Lokacija: Tehro Ropoša Branko s.p., Samova ulica 12, 1000 Ljubljana

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III) in (IIII) do 2000 kg Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole

Lokacija: Boris Šlihthuber s.p., Klavniška cesta 1, 9000 Murska Sobota

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.

Vrsta meril	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	<p>Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg, (II) do 40 kg, (II) do 250 kg (za tehtnice, pri katerih je $n \leq 33333$), (III) in (IIII) do 50 t, (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3 e, (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e.</p> <p>Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe.</p> <p>Samo enostopenjske kontrole.</p>

V predmetni zadevi gre za spremembo imenovanja imenovane osebe zaradi pridobitve nove SA listine iz katere izhaja jasen popis obsega dela posameznih poslovnih enot imenovane osebe ter zadnje veljavne zakonske podlage, kot izhaja iz zgornjih tabel.

Zahteva za sprememb obsega imenovanja je vsebovala:

- ime firme in naslov vložnika zahteve
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril) oz. se želi sprememba imenovanja
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katere se imenovanje zahteva
- podatke o odločbi o imenovanju
- izjavo o veljavnosti zadnje potrjene verzije dokumentov poslovnika kakovosti, vnesenih v bazo MIRS-info
- spisek organizacij z opisom njihove dejavnosti

Strokovna komisija, imenovana s sklepom, št. 6416-9/2017/3 z dne 18. 9. 2017 je bila imenovana z nalogo izvedbe postopka za spremembo obsega imenovanj in priprave mnenja o tem, ali imenovana oseba izpolnjuje pogoje iz 3. člena pravilnika.

Strokovna komisija je vlogo s pripadajočo dokumentacijo preučila, Na podlagi pregleda dokumentacije ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info je komisija ugotovila, da je vloga popolna in ustreza zahtevam za imenovanje iz 3. člena pravilnika.

Imenovana oseba je predložila akreditacijsko listino K-116 in prilogo k akreditacijski listini reg. št. 3150-0003/11-0007 z dne 24.2. 2017. S to prilogo k akreditacijski listini mu izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C za izvajanje predmetnih overitev meril.

Skladno s 3. členom pravilnika mora pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik v zahtevi za imenovanje navesti:

- ime oziroma firmo in naslov vložnika zahteve,
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril, obseg merjenja veličine, razredi točnosti),
- navedbo postopka prve overovitve oziroma overitve, za katerega se imenovanje zahteva,
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva,
- seznam morebitnih pod pogodbenikov,
- spisek organizacij iz drugega odstavka 3. člena pravilnika z opisom njihove dejavnosti ter seznamom njihovega osebja in opreme organizacij, ki jih namerava vložnik zahteve vključiti v izvajanje nalog na področju imenovanja,
- izjavo, da v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.

Po pregledu zahteve, priložene dokumentacije, zapisov o nadzorih v preteklem obdobju in ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info je komisija ugotovila, da je zahteva za spremembo obsega imenovanja za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena.

Komisija je zato izdala pozitivno mnenje št. 6416-9/2017/4 z dne 20. 10. 2017 o upravičenosti imenovanja.

Na podlagi zahteve za imenovanje, zahtevi priložene dokumentacije in pozitivnega mnenja strokovne komisije je bilo v predmetnem postopku ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za imenovanje v obsegu, ki izhaja iz 1. točke izreka te odločbe in je zato zahteva utemeljena.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10 in 8/16).

Identifikacijska številka, ki je navedena v 2. točki izreka, je namenjena njeni identifikaciji pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika je imenovana oseba dolžna izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v 5. točki izreka te odločbe.

Skladno s drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. člena pravilnika zahtevi ugodi v omejenem in dogovorjenem obsegu.



Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZzeIP-J in 32/16)) v znesku 18,10 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.

Taksa za vlogo v znesku 4,50 EUR po tar. št. 1 in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,10 EUR po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZzeIP-J in 32/16) sta poravnani.

Postopek vodil:

Mojca Božiček
sekretarka



dr. Samo Kopač
direktor



Vročiti:

- MERITVE SI, d.o.o., Britof 412, 4000 Kranj, - vročitev po ZUP.

Vložiti:

- v arhiv

